



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ, 04.11.2022
 Αριθμ. Πρόσκλησης: **501**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσανακτσίδου Άννα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51157, 314
e-mail: prom7@verhospi.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Τα με αρ. 217 & 218/16.10.2022 αιτήματα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου γ. την υπ' αριθμ. 24/02.11.2022 (θέμα 1 ^ο) πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας περί έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ/ΜΙΚΡΟΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ <u>Μηχανικώς αποσπώμενα σπειράματα</u> Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσης χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού Να διατίθενται: - σε έκδοση 0.018'', συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021'' με ινίδια σε διαμέτρους 2mm – 14mm και μήκη 4cm - 60cm και - σε έκδοση 0.035'', συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.038'' με ινίδια σε διαμέτρους 3mm – 20mm και μήκη 4cm - 40cm	2	33111710-1	298,00€	596ΜΙ,00€

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
2.	<p>ΜΙΚΡΟΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ</p> <p>Υδρόφιλος μικροκαθετήρας εμβολισμού διαμέτρου 3.0 Fr με απόληξη 2.4 Fr & 2.5 Fr με ένα ακτινοσκοπικό στίγμα</p> <p>Να φέρει ενισχυμένο σώμα με τεχνολογία ινώδους πλέξης</p> <p>Να έχει εσωτερικό αυλό, διαμέτρου 0.021'' και να προσφέρει αντοχή σε πιέσεις έως 1000psi</p> <p>Να είναι συμβατός με καθετήρες 0.038''</p> <p>Να διατίθεται σε μήκη 105cm, 130cm και 150cm με μήκη άκρου 10cm, 20cm και 30cm ευθέως ή κεκαμμένους</p>	1	33111710-1	500,00€	500,00€

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και **09.11.2022, ημέρα Τετάρτη** στο email: prom7@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ