



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ 12-01-2023
Αριθμ. Πρόσκλησης : 15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωνσταντία Σαλαμανίκα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51137
e-mail: prom4@verhospi.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας
	β. το υπ' αριθμ. 05/04-01-2023 αίτημα του Χειρουργείου
	γ. Την υπ' αριθμ. 01/11-01-2023 (θέμα 1ο) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας περί έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια του παρακάτω είδους, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΜ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1	ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK TEST	33160000-9	200	ΤΕΜ	0,53

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και **23-01-2023, ημέρα Δευτέρα** στο email prom4@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α/α

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές

Βεροια 4/1/2023

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ - BOWIE
DICK TEST ΓΙΑ ΤΟ Α1 Νο 5/4-1-2023 ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**

- Να είναι σε μορφή έτοιμου πακέτου, τύπου σπιρτόκουτου για εύκολο χειρισμό και άνοιγμα.
- Να αποτελείται από ένα φύλλο δείκτη σήμανσης και καταγραφής των στοιχείων αποστείρωσης, που φέρει χημική μελάνι χωρίς μόλυβδο, βαρέα μέταλλα, latex και φθαλικές ενώσεις και θα βρίσκεται στο μέσο μιας πορώδους στοιβάδας τουλάχιστον 400 φύλλων από ανακυκλώσιμο χαρτί.
- Να ελέγχει όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού (χρόνο, θερμοκρασία, υγρασία) και να ανιχνεύει δυσλειτουργίες του κλιβάνου όπως μικροδιαρροές, μη συμπυκνούμενα αέρια, υπέρθερμο ατμό κ.α.
- Να έχει απότομη μεταβολή χρωματισμού η οποία να παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη για τουλάχιστον 5 έτη.
- Ο δείκτης να ανήκει στους δείκτες τύπου 2 (TYPE 2) κατά ISO 11140-1, σύμφωνος και με ISO 11140-4 και να φέρει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την συμμόρφωση του με πρότυπο (να κατατεθεί αντίγραφο του εν ισχύ πιστοποιητικού για το είδος).
- Να συνοδεύεται από πίνακα σφαλμάτων στα Ελληνικά και να κατατεθεί.
- Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους το πρωτότυπο Αγγλικό με την Ελληνική μετάφραση τους τα εξής δικαιολογητικά: τεχνικό φυλλάδιο του είδους, οι οδηγίες χρήσης, ο πίνακας σφαλμάτων, το πιστοποιητικό του ανεξάρτητου φορέα, τα πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας του παραγωγού και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

Ο ΑΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΚΗΣ
ΑΜΚΑ: 29025300031 ΤΣ.ΑΥ 63133