



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Βέροια: 11.07.2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 18/2013

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<i>ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</i> .....	3
<b>1. Γενικές πληροφορίες</b> .....	<b>3</b>
1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού.....	3
1.2 Προϋπολογισμός.....	3
1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.....	3
1.4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού.....	3
1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών.....	3
<b>2. Δικαιολογητικά συμμετοχής</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών</b> .....	<b>5</b>
3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών.....	5
3.2 Περιεχόμενο προσφορών.....	5
3.3 Ισχύς των Προσφορών.....	7
<b>4. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών</b> .....	<b>7</b>
4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Διαδικασία Αξιολόγησης.....	7
4.2 Απόρριψη προσφορών.....	7
4.3 Αποτελέσματα - Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού.....	8
<b>5. Κατάρτιση Σύμβασης - Γενικοί Όροι Σύμβασης</b> .....	<b>8</b>
5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης - Εγγυήσεις.....	8
5.2 Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις.....	9
5.3 Διαδικασία παραλαβής.....	9
5.4 Υποχρεώσεις αναδόχου.....	9
5.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία.....	10
<i>ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ</i> .....	<i>10</i>
Παράρτημα Β' - Τεχνικές προδιαγραφές -Κατάσταση των προς προμήθεια ειδώνΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	

## **ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

### **1. Γενικές πληροφορίες**

#### **1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού**

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Ιδρύματος, κατόπιν:

της αριθμ. 9/21.03.2013 (θέμα 7<sup>ο</sup>) πράξης του Δ.Σ του Γ.Ν. Βέροιας για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

Η αναλυτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας.

#### **1.2 Προϋπολογισμός**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ #45.000,00#) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

#### **1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής**

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) της 3<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό και θα υπογράψει με τους προμηθευτές τις συμβάσεις για την προμήθεια των ειδών αυτών διάρκειας δώδεκα μηνών.

Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου:

[www.verhospi.gr](http://www.verhospi.gr).

Διεύθυνση έδρας: Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 591 00 Βέροια

Τηλέφωνο: 2331 3 51314/ 51157

Fax: 2331 0 59315

e-mail: prom3@verhospi.gr

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών, Κώστας Τοπούζης.

#### **1.4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού**

**Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα από:**

Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη.

του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ128/Β/3.08.2011).

- Το Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
- Το Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) όπως ισχύει σήμερα.
- Το Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.08.2005), άρθρο 35

#### **1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών**

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30' στην έδρα του Νοσοκομείου, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 591 00 Βέροια, στο Γραφείο Προμηθειών.

**Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.**

## 2. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (ούτε και για (α). συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, (β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

- δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους,
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

**3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης**

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται στο Νοσοκομείο από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αυτή αποδεικνύεται, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία (άρθρο 10 παρ. 3 Κ.Δ.Δ.) ή με αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης κ.ο.κ. Είναι ευνόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά πρέπει να περιέρχεται στο Νοσοκομείο έως τη λήξη της οριζόμενης με τη διακήρυξη προθεσμίας.

### **3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών**

#### **3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών**

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Οργανισμό έγκαιρα.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

#### **3.2 Περιεχόμενο προσφορών**

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

**«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»**

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**

**Προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για το Γ.Ν. Ημαθίας (Μ. Βέροιας)**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 18/2013

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 31.07.2013**

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

**Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που**

**κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα.**

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

α) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

β) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα. Στην τεχνική περιγραφεί του είδους με ποινή αποκλεισμού του είδους θα αναφέρεται: ο κωδικός του είδους (REF. NUMBER),

το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου είδους καθώς και τόπος (χώρα) εγκατάστασης, η συσκευασία, καθώς και ο αριθμός CE. Ο συμμετέχων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, τοποθετείται και η δισκέτα ή CD με την τεχνική προσφορά η οποία θα περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθοράς της.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο με τρόπο σύμφωνο προς την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.π.ΟΙΚ.130648/30.8.2009 (ΦΕΚ Β2198/2.10.2009), Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Η προσφορά των ειδών θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Πιστοποιητικό σήμανσης CE, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ ( και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/47/ΕΚ-5.9.2007), με τον αριθμό αναγνώρισης του εμπλεκόμενου Κοινοποιημένου Οργανισμού, καθώς και από Πιστοποιητικό ISO του εργοστασίου κατασκευής.

Οι εταιρείες διακίνησης θα πρέπει να εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. /13480 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, οφείλει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος.

γ) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προς προμήθεια είδη και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.3. Στον ίδιο φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD με την οικονομική προσφορά, κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθοράς της.

Οι συμμετέχοντες, με ποινή απόρριψης, οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους δείγματα για κάθε κωδικό (τουλάχιστον δύο), για να δοκιμασθούν.

Στο στάδιο της κατακύρωσης γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (31.07.2013), εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846.2010. ( βλ. άρθρο 14 παρ.7 του ν. 4052/2012.)

Οι συμμετέχοντες στην οικονομική τους προσφορά οφείλουν να αναφέρουν τον αύξων αριθμό και τη τιμή του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (observe net\_ergomy.gr) για κάθε είδος που προσφέρουν και υπάρχει αντίστοιχος κωδικός στο Παρατηρητήριο Τιμών, άλλως να δηλώσουν ότι το συγκεκριμένο είδος δεν αντιστοιχεί στο Παρατηρητήριο Τιμών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

### **3.3 Ισχύς των Προσφορών**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι μήνες (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο πριν από τη λήξη της, για διάστημα πέντε (5) μηνών κατά ανώτατο όριο.

## **4. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών**

### **4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Διαδικασία Αξιολόγησης**

#### **4.1.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 31.07.2013 και ώρα 11.30' στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου .

#### **4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών**

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο μέρος Β της παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων
- Αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά των έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.

## **4.2 Απόρριψη προσφορών**

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

#### **4.3 Αποτελέσματα - Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού.**

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Ημαθίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι κρίσεις των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 του Π.Δ. 118/2007.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Οργανισμό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

### **5. Κατάρτιση Σύμβασης - Γενικοί Όροι Σύμβασης**

#### **5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης - Εγγυήσεις**

Μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή/τών θα υπογραφούν συμβάσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδήλων παραδρομών.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ δώδεκα μηνών (12) από την υπογραφή τους, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου να τις παρατείνει για τρεις (3) ακόμη μήνες.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Νοσοκομείο αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο



στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Οργανισμού.

## **5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις**

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης.

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν η θα επιβληθούν, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης τούτων στον τόπο προορισμού των και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για ολοκλήρωση της προμήθειάς τους πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις επί του συμβατικού τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.:

1. Ποσοστό 1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο 2% επ' αυτού και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου
2. Ποσοστό 2% σε εφαρμογή του αρ.3 του Ν.3580/07
3. ποσοστό 0,10 % σε εφαρμογή του άρθρου 238 εδάφιο 2 περίπτωση β του Ν. 4072/2012.

Ποσοστό 4% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση – προκαταβολή φόρου

## **5.3 Διαδικασία παραλαβής**

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από λήψης κάθε σχετικής παραγγελίας, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η παράδοση στο Νοσοκομείο των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας αλλά και την φύση των υλικών, με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των ειδών θα επιβληθούν στον Προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου.

Ο προμηθευτής θα στείλει ή θα φέρει τα είδη καλά συσκευασμένα, με δική του μέριμνα, ευθύνη και έξοδα μεταφοράς, στην προθεσμία παράδοσης και μέσα στις αποθήκες του Ιδρύματος, η δε δαπάνη εκφορτωτικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο.

## **5.4 Υποχρεώσεις αναδόχου**

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων, ο προμηθευτής δύναται να εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιοσδήποτε από τις δικαιούμενες πληρωμές του από την παρούσα σύμβαση, σε Τραπεζικά Ιδρύματα της επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο.

## **5.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία**

Ο προμηθευτής και το Νοσοκομείο θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Βέροιας εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ακολουθεί παράρτημα με τα προς προμήθεια είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές τους που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στην στήλη F, του αρχείου ειδών excel, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν την περιγραφή των ειδών που προσφέρουν, ως τεχνική προσφορά. Αντίστοιχα θα συμπληρώσουν και την οικονομική προσφορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

## **ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ



8	48873	FOLLEY ΚΑΘΕΤ.ΑΠΛΟΙ ,N14	TEM	460	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΑΠΛΟΙ ,N14 αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.
9	48751	FOLLEY ΚΑΘΕΤ.ΑΠΛΟΙ ,N16	TEM	2.200	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΑΠΛΟΙ ,N16 αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.
10	49103	FOLLEY ΚΑΘΕΤ.ΑΠΛΟΙ ,N18	TEM	2.900	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΑΠΛΟΙ ,N18 αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.
11	49401	FOLLEY ΚΑΘΕΤ.ΑΠΛΟΙ ,N20 YZ -FOL2 -LX20 ΣΥΜΒΑΣΗ 22/04-11- 2011 ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟ 22- 11-2011 ΕΩΣ 21-11- 2012	TEM	900	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΑΠΛΟΙ ,N20 · Με ατραυματικό, ευθύ, κυλινδρικό άκρο Nelaton. · Από σιλικοναρισμένο latex · Μήκος σωλήνα 42cm ΠΕΡΙΠΟΥ · Μπαλόνι με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 15cc ή 30cc. · αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.
12	49111	FOLLEY ΚΑΘΕΤ.ΑΠΛΟΙ ,N22	TEM	440	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΑΠΛΟΙ ,N22 · Με ατραυματικό, ευθύ, κυλινδρικό άκρο Nelaton. · Από σιλικοναρισμένο latex · Μήκος σωλήνα 42cm ΠΕΡΙΠΟΥ · Μπαλόνι με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 15cc ή 30cc. · αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.
13	48990	FOLLEY ΚΑΘΕΤ.ΑΠΛΟΙ ,N24	TEM	240	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΑΠΛΟΙ ,N24 · Με ατραυματικό, ευθύ, κυλινδρικό άκρο Nelaton. · Από σιλικοναρισμένο latex · Μήκος σωλήνα 42cm ΠΕΡΙΠΟΥ · Μπαλόνι με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 15cc ή 30cc. · αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.
14	48307	LEVIN ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ,N10* ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ	TEM	100	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ,N10 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.

15	48922	LEVIN ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ,N12 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ ΚΩΔ 143.05.12 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ	TEM	50	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ,N12 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.
16	48997	LEVIN ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ,N16*(ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)	TEM	580	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ,N16 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.
17	48287	LEVIN ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ,N18*(ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)	TEM	1.340	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ,N18 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία.
18	63676	MANOMETER CYP ΓΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΦΛΕΒΙΚ.ΠΙΕΣΗΣ	TEM	50	<p>ΜΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡ.ΦΛΕΒΙΚ.ΠΙΕΣΗΣ</p> <p>Σύστημα για την μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης με πλαστικό μανόμετρο</p> <p>Ολοκληρωμένο σύστημα σωλήνα μέτρησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης με σύστημα ενδοφλέβιας χορήγησης βαρύτητας</p> <p>Μανόμετρο</p> <p>1. Βαθμονόμηση από +35 έως -15 cm H2O</p> <p>2. Καλή ευκρίνεια των τιμών</p> <p>3. Δείκτης του μηδενός μετακινήσιμος και στις δύο πλευρές</p> <p>4. Ήθραυστο πλαστικό</p> <p>Επαναχρησιμοποιήσιμο</p>
19	49098	NELATON ΚΑΘ.N14*	TEM	480	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ,N14 αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία. Καθετήρες NELATON πλαστικοί από PVC medical grade αποστειρωμένοι μίας χρήσεως 40 εκατοστών
20	49395	NELATON ΚΑΘ.N16	TEM	240	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ,N16 αποστειτωμενοι σε ατομική συσκευασία. Καθετήρες NELATON πλαστικοί από

					PVC medical grade αποστειρωμένοι μίας χρήσεως 40 εκατοστών
21	48413	NELATON ΚΑΘ.Ν10*	TEM	270	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ,N10 αποστειρωμενοι σε ατομική συσκευασία. Καθετήρες NELATON πλαστικοί από PVC medical grade αποστειρωμένοι μίας χρήσεως 40 εκατοστών
22	48094	PIG TAIL 4,8-8 ΜΗΚΟΣ 22-30CM*	TEM	90	Καθετήρες τύπου pig-tail από λευκή πολυουρεθάνη βραχείας παραμονής που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035mm και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-κλειστού άκρου. Ch/Fr 4,8-8 και μήκος 22-30cm.
23	65021	PIG TAIL N4,8FR 26CM ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΔΗΓΟ	TEM	10	Καθετήρες τύπου pig-tail μακράς παραμονής έως και 12 μήνες, από εύκαμπτο βιοσυμβατό πολυμερές, εσωτερικά σκληρό για εύκολη εισαγωγή, εξωτερικά μαλακό για άνεση στον ασθενή. Να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035mm και προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail. Ανοιχτού-κλειστού άκρου. Ch/Fr 6-8 και μήκος 22-30cm.
24	65020	PIG TAIL ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ	TEM	10	Καθετήρες τύπου pig-tail μακράς παραμονής έως και 12 μήνες, από εύκαμπτο βιοσυμβατό πολυμερές, εσωτερικά σκληρό για εύκολη εισαγωγή, εξωτερικά μαλακό για άνεση στον ασθενή. Να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035mm και προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail. Ανοιχτού-κλειστού άκρου. Ch/Fr 6-8 και μήκος 22-30cm.
25	48041	ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Μ.Χ ,N22	TEM	980	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,πλαστικοί, αποστειρωμένοι, των 40 εκατοστών με υποδοχή
26	59287	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY COUVELER	TEM	10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ FOLLEY COUVELER (με ανθεκτικό μπαλόνι 30-50cc) N18 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. κατασκευασμένοι από αγνό Latex, Αποστειρωμένοι μιας χρήσεως, με ανθεκτικό μπαλόνι, σιλικοναρισμένοι, με 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό.
27	59289	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY COUVELER N22	TEM	10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ FOLLEY COUVELER (με ανθεκτικό μπαλόνι 30-50cc) N22 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. κατασκευασμένοι από αγνό Latex, Αποστειρωμένοι μιας χρήσεως, με ανθεκτικό μπαλόνι, σιλικοναρισμένοι, με 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό.
28	59288	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY	TEM	20	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ FOLLEY COUVELER (με ανθεκτικό μπαλόνι 30-50cc) N20 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. κατασκευασμένοι από αγνό Latex, Αποστειρωμένοι μιας χρήσεως, με

		COUVELER N20			ανθεκτικό μπαλόνι, σιλικοναρισμένοι, με 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό.
29	48080	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY DUFOUR N18	TEM	45	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY DUFOUR N18 σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένοι
30	48690	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY DUFOUR N20	TEM	85	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY DUFOUR N20 σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένοι
31	48070	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY DUFOUR N22	TEM	50	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY DUFOUR N22 σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένοι
32	63910	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY DUFOUR N24	TEM	15	ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY DUFOUR N24 σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένοι
33	48571	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,12CH	TEM	680	Καθετήρες ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ κατασκευασμένοι από PVC medical grade, ακτινοσκοπικοί, αποστειρωμένοι, με βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης, με δύο οπές και αποστρογγυλεμένο ατραυματικό ανοικτό άκρο, ευθείς, με τάπα, μήκους 45-53 εκ.ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ 12CH
34	64833	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,14CH*	TEM	1.450	Καθετήρες ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ κατασκευασμένοι από PVC medical grade, ακτινοσκοπικοί, αποστειρωμένοι, με βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης, με δύο οπές και αποστρογγυλεμένο ατραυματικό ανοικτό άκρο, ευθείς, με τάπα, μήκους 45-53 εκ.ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ 14CH
35	48714	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,16CH*	TEM	1.500	Καθετήρες ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ κατασκευασμένοι από PVC medical grade, ακτινοσκοπικοί, αποστειρωμένοι, με βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης, με δύο οπές και αποστρογγυλεμένο ατραυματικό ανοικτό άκρο, ευθείς, με τάπα, μήκους 45-53 εκ.ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ 16CH
36	64835	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕ	TEM	3.500	Καθετήρες ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ κατασκευασμένοι από PVC medical grade, ακτινοσκοπικοί, αποστειρωμένοι, με

		ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,CH18			βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης, με δύο σπές και αποστρογγυλεμένο ατραυματικό ανοικτό άκρο, ευθείς, με τάπα, μήκους 45-53 εκ.ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ 18CH
37	63436	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ,8CH*	TEM	90	Καθετήρες ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ κατασκευασμένοι από PVC medical grade, ακτινοσκοπεύσιμοι, αποστειρωμένοι, με βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης, με δύο σπές και αποστρογγυλεμένο ατραυματικό ανοικτό άκρο, ευθείς, με τάπα, μήκους 45-53 εκ.ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ 8CH
38	48938	ΕΝΔΟΤΡ.ΚΕΚΑΜ.ΜΕ ΚΑΦ ,N7	TEM	80	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ .ΜΕ ΚΑΦ ,N7 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF ,No 7 .ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΓΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΤΙΡ ΤΟ ΤΙΡ) ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15 ΜΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ
39	48831	ΕΝΔΟΤΡ.ΚΕΚΑΜ.ΜΕ ΚΑΦ ,N7,5	TEM	90	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ .ΜΕ ΚΑΦ ,N7,5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF ,No 7,5 .ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΓΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΤΙΡ ΤΟ ΤΙΡ) ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15 ΜΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ
40	48179	ΕΝΔΟΤΡ.ΚΕΚΑΜ.ΜΕ ΚΑΦ ,N8	TEM	70	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ .ΜΕ ΚΑΦ ,N8 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF ,No 8 .ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΓΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΤΙΡ ΤΟ ΤΙΡ) ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15 ΜΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ
41	47941	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΚΑΦ	TEM	630	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΕΥΘΥΣ .ΜΕ ΚΑΦ ,N6



		ΕΥΘΥΣ,Ν.6*			ΠΡΟΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για εγχειρήσεις στην περιοχή του προσώπου και της ρινός, για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες. Επιπροσθέτως, φέρουν ακτινοσκοπική ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους (μέχρι το κατωφερέστερο άκρο), διαθέτουν ατραυματικό άκρο με οπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαφανείς, διαθέτουν προσυνδεδεμένο αποσπώμενο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Νο 6
42	48039	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΚΑΦ ΕΥΘΥΣ,Ν.6,5	TEM	55	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΕΥΘΥΣ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν6,5 ΠΡΟΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για εγχειρήσεις στην περιοχή του προσώπου και της ρινός, για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες. Επιπροσθέτως, φέρουν ακτινοσκοπική ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους (μέχρι το κατωφερέστερο άκρο), διαθέτουν ατραυματικό άκρο με οπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαφανείς, διαθέτουν προσυνδεδεμένο αποσπώμενο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Νο 6,5
43	48429	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΚΑΦ ΕΥΘΥΣ,Ν.7*	TEM	310	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΕΥΘΥΣ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν7 ΠΡΟΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για εγχειρήσεις στην περιοχή του προσώπου και της ρινός, για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες. Επιπροσθέτως, φέρουν ακτινοσκοπική ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους (μέχρι το κατωφερέστερο άκρο),

					διαθέτουν ατραυματικό άκρο με σπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαφανείς, διαθέτουν προσυνδεδεμένο αποσπώμενο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Νο 7	
44	48114	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΕΥΘΥΣ,Ν.7,5	ΚΑΦ	TEM	780	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΕΥΘΥΣ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν7,5 ΠΡΟΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για εγχειρήσεις στην περιοχή του προσώπου και της ρινός, για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόني (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες. Επιπροσθέτως, φέρουν ακτινοσκοπική ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους (μέχρι το κατωφερέστερο άκρο), διαθέτουν ατραυματικό άκρο με σπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαφανείς, διαθέτουν προσυνδεδεμένο αποσπώμενο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Νο 7,5
45	48322	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΕΥΘΥΣ,Ν.8	ΚΑΦ	TEM	680	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΕΥΘΥΣ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν8 ΠΡΟΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για εγχειρήσεις στην περιοχή του προσώπου και της ρινός, για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόني (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες. Επιπροσθέτως, φέρουν ακτινοσκοπική ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους (μέχρι το κατωφερέστερο άκρο), διαθέτουν ατραυματικό άκρο με σπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαφανείς, διαθέτουν προσυνδεδεμένο αποσπώμενο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Νο 8
46	48068	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΕΥΘΥΣ,Ν.8,5	ΚΑΦ	TEM	410	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΕΥΘΥΣ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν8,5 ΠΡΟΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για εγχειρήσεις στην περιοχή του προσώπου και της ρινός, για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από

					οδηγό μπαλόνι (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες. Επιπροσθέτως, φέρουν ακτινοσκοπική ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους (μέχρι το κατωφερέστερο άκρο), διαθέτουν ατραυματικό άκρο με οπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαφανείς, διαθέτουν προσυνδεδεμένο αποσπώμενο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Νο 8,5	
47	63484	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ,Ν.6	ΚΑΦ	TEM	25	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΠΙΡΑΛ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν6 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ SPIRAL ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης για την αποφυγή τραυματισμού της τραχείας κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες.Επιπροσθέτως, είναι ακτινοσκοπικοί καθ' όλο το μήκος τους, φέρουν ακτινοσκοπικό δακτυλίδι για ένδειξη σωστής τοποθέτησης, διαθέτουν ατραυματικό άκρο με οπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαθέτουν προσυνδεδεμένο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, κατάλληλοι για ρινική και στοματική χρήση, με τον καλύτερο λόγο εσωτερικής προς εξωτερική διάμετρο. Νο 6
48	49484	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ,Ν.7	ΚΑΦ	TEM	30	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΠΙΡΑΛ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν7 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ SPIRAL ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης για την αποφυγή τραυματισμού της τραχείας κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες.Επιπροσθέτως, είναι ακτινοσκοπικοί καθ' όλο το μήκος τους, φέρουν ακτινοσκοπικό δακτυλίδι για ένδειξη σωστής τοποθέτησης, διαθέτουν ατραυματικό άκρο με οπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαθέτουν προσυνδεδεμένο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, κατάλληλοι για ρινική και στοματική χρήση, με τον καλύτερο λόγο εσωτερικής προς εξωτερική διάμετρο. Νο

					7
49	49035	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ,Ν.7,5	ΚΑΦ	ΤΕΜ	40
<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΠΙΡΑΛ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν7,5  ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ SPIRAL ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης για την αποφυγή τραυματισμού της τραχείας κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες.Επιπροσθέτως, είναι ακτινοσκοπικοί καθ' όλο το μήκος τους, φέρουν ακτινοσκοπικό δακτυλίδι για ένδειξη σωστής τοποθέτησης, διαθέτουν ατραυματικό άκρο με οπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαθέτουν προσυνδεδεμένο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, κατάλληλοι για ρινική και στοματική χρήση, με τον καλύτερο λόγο εσωτερικής προς εξωτερική διάμετρο. Νο 7,5</p>					
50	47995	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ,Ν.8	ΚΑΦ	ΤΕΜ	30
<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΠΙΡΑΛ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν8  ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ SPIRAL ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης για την αποφυγή τραυματισμού της τραχείας κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες.Επιπροσθέτως, είναι ακτινοσκοπικοί καθ' όλο το μήκος τους, φέρουν ακτινοσκοπικό δακτυλίδι για ένδειξη σωστής τοποθέτησης, διαθέτουν ατραυματικό άκρο με οπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαθέτουν προσυνδεδεμένο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, κατάλληλοι για ρινική και στοματική χρήση, με τον καλύτερο λόγο εσωτερικής προς εξωτερική διάμετρο. Νο 8</p>					
51	48575	ΕΝΔΟΤΡ.ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ,Ν6,5	ΚΑΦ	ΤΕΜ	20
<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΠΙΡΑΛ .ΜΕ ΚΑΦ ,Ν6,5  ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ SPIRAL ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, κατασκευασμένοι από PVC, ελεύθεροι από latex. Έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης για την αποφυγή τραυματισμού της</p>					

					τραχείας κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης για μέσο χρόνο παραμονής. Το cuff ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι (pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock σύριγγες. Επιπροσθέτως, είναι ακτινοσκοπικοί καθ' όλο το μήκος τους, φέρουν ακτινοσκοπικό δακτυλίδι για ένδειξη σωστής τοποθέτησης, διαθέτουν ατραυματικό άκρο με οπή Murphy, είναι διαβαθμισμένοι, διαθέτουν προσυνδεδεμένο συνδετικό 15 mm, είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, κατάλληλοι για ρινική και στοματική χρήση, με τον καλύτερο λόγο εσωτερικής προς εξωτερική διάμετρο. Νο 6,5
52	65135	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ 100% ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	TEM	140	Καθετήρας Folley 2 way από 100% διάφανη σιλικόνη (all silicone) μακράς διάρκειας, με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής, υδροθάλαμος 15ml, μήκος 41cm, Ch 12-24.
53	65136	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ 100% ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ TIEMANN	TEM	25	Καθετήρας Folley 2 way από 100% διάφανη σιλικόνη (all silicone) μακράς διάρκειας, με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής, υδροθάλαμος 15ml, μήκος 41cm, TIEMANN, Ch 12-24.
54	65138	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ TIEMANN	TEM	90	Καθετήρας Folley 2 way από latex με σιλικοναρισμένο μπαλόνι tiemann, με υδροθάλαμο 15ml, μήκος 42cm, Ch 12-14.
55	65139	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 15ML	TEM	45	Καθετήρας Folley 3 way από latex, με υδροθάλαμο 15ml, μήκος 42cm, Ch 16-14.
56	65130	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY	TEM	20	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από 100% σιλικόνη, με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με

		3WAY ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ COUVELAIR			υδροθάλαμο 50ml No 18-24Ch, Couvelaire.
57	65132	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ 100% ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ COUVELAIR	TEM	15	
58	65131	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ 100% ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ DUFOUR	TEM	15	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από 100% υδρόφιλη σιλικόνη, με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 80ml No 18-24Ch, Dufour.
59	65134	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ PVC COUVELAIR	TEM	10	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από PVC , με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 50ml No 18-24Ch, Couvelaire.
60	65133	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ PVC DUFOUR	TEM	10	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από PVC , με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 50ml No 18-24Ch, Dufour .
61	65124	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY	TEM	10	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από ενισχυμένο latex με σπιράλ κατά μήκος του σωλήνα, με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 50ml No 18-24Ch, Couvelaire.

		ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ LATEX			
62	65127	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ LATEX (ΚΟΚΚΙΝΟΙ)	TEM	20	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από ημίσκληρο latex (κόκκινοι), με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 50ml No 18-24Ch, Couvelaire.
63	65128	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ LATEX (ΚΟΚΚΙΝΟΙ) COUVELAIR	TEM	15	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από ημίσκληρο latex (κόκκινοι), με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 80ml No 18-24Ch, Couvelaire.
64	65129	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ LATEX (ΚΟΚΚΙΝΟΙ) DUFOR	TEM	20	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από 100% σιλικόνη, με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 50ml No 18-24Ch, Dufour.
65	65118	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ ΤΥΠΟΥ DORMIA	TEM	2	Καθετήρες εξαγωγής λίθων τύπου DORMIA με ατραυματικό άκρο, με 4 σύστροφα σύρματα τιτανίου (Nitilon) για ημι-εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο Ch/Fr 3, μήκος 90cm και διάμετρο καλαθιού 14mm
66	65143	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ	TEM	10	Καθετήρες ορθού από μαλακό neoplex μήκους 33 cm, όλα τα νούμερα.

		ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ NEOPLEX ΜΗΚΟΥΣ 33ΕΚ.			Ch/Fr 10
67	65142	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΝΕΟΡΛΕΧ ΜΗΚΟΥΣ 55ΕΚ.	ΤΕΜ	10	Καθετήρες ουροδυναμικού από μαλακό neoplex μήκους 55 cm, όλα τα νούμερα.
68	65117	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΤΕΜ	10	Καθετήρες τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπεύονται σε όλο το μήκος τους μακράς παραμονής 12 μηνών, τα οποία να είναι ήδη περασμένα στο οδηγό σύρμα 0,035mm και συνδεδεμένα με τον προωθητή (pre-connected). Ανοιχτού-κλειστού άκρου σε μεγέθη 6-8 F και μήκος 22-30cm.
69	65120	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	ΤΕΜ	2	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση με οδηγό σύρμα από PEBA για εύκολη εισαγωγή μήκους 74cm, με δυο μάτια παροχέτευσης, μεταλλικό στυλεό, ακτινοσκοπεύονται, με συνοδευτικό συνδετικό με luer lock για σύνδεση με σύριγγα. Ch/Fr 3 έως 5. με ευθύ ανοιχτό άκρο Ch/Fr 3-8 με κυρτό ανοιχτό άκρο Ch/Fr 3-8
70	62227	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘ.Ν3 69ΕΚ	ΤΕΜ	30	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΚΡΟ ΕΥΘΥ, ΚΛΕΙΣΤΟ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ No 3 Ουρητηρικοί καθετήρες, αποστειρωμένοι. · Με 2 μάτια για συνήθη παροχέτευση. · Βαθμονομημένοι ανά εκατοστό με ένα ή περισσότερα δακτυλίδια. · Συνδετικό συνοδεύει κάθε καθετήρα. Αυτό το συνδετικό έχει άκρο luer lock για να συνδέεται με σύριγγα. · Ορατοί στις ακτίνες X (ακτινοσκοπεύονται) · Υλικό : Neoplex



					· 'κρο : ευθύ κυλινδρικό
71	48706	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘ.Ν4 ,69EK	TEM	40	<p>ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΚΡΟ ΕΥΘΥ, ΚΛΕΙΣΤΟ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ</p> <p>No 4</p> <p>Ουρητηρικοί καθετήρες, αποστειρωμένοι,</p> <p>· Με 2 μάτια για συνήθη παροχέτευση</p> <p>· Βαθμονομημένοι ανά εκατοστό με ένα ή περισσότερα δακτυλίδια.</p> <p>· Συνδετικό συνοδεύει κάθε καθετήρα. Αυτό το συνδετικό έχει άκρο luer lock για να συνδέεται με σύριγγα.</p> <p>· Ορατοί στις ακτίνες X (ακτινοσκοπεύει)</p> <p>· Υλικό : Neoplex</p> <p>· 'κρο : ευθύ κυλινδρικό</p>
72	48342	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘ.Ν5 ,69EK*	TEM	40	<p>ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΚΡΟ ΕΥΘΥ, ΚΛΕΙΣΤΟ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ</p> <p>No 5</p> <p>Ουρητηρικοί καθετήρες, αποστειρωμένοι,</p> <p>· Με 2 μάτια για συνήθη παροχέτευση</p> <p>· Βαθμονομημένοι ανά εκατοστό με ένα ή περισσότερα δακτυλίδια.</p> <p>· Συνδετικό συνοδεύει κάθε καθετήρα. Αυτό το συνδετικό έχει άκρο luer lock για να συνδέεται με σύριγγα.</p> <p>· Ορατοί στις ακτίνες X (ακτινοσκοπεύει)</p> <p>· Υλικό : Neoplex</p> <p>· 'κρο : ευθύ κυλινδρικό</p>
73	65119	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟ NEOPLEX	TEM	15	<p>Ουρητηρικοί καθετήρες από Neoplex μήκους 70cm, με μεταλλικό στυλεό, δύο μάτια για συνήθη παροχέτευση, ακτινοσκοπεύει και με συνοδευτικό συνδετικό με luer lock, για σύνδεση με σύριγγα, αποστειρωμένοι</p>

					με ευθύ κυλινδρικό άκρο Ch/Fr 3-8 με κυρτό ελαιόμορφο άκρο Ch/Fr 3-8 με ευθύ ελαιόμορφο άκρο Ch/Fr 3-8
74	65140	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΠΟ NEOPLEX NELATON	TEM	10	Ουρηθρικοί καθετήρες χωρίς μπαλόνι από Neoplex nelaton όλα τα νούμερα
75	65141	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΠΟ NEOPLEX TIEMANN	TEM	10	Ουρηθρικοί καθετήρες χωρίς μπαλόνι από Neoplex tiemann όλα τα νούμερα
76	65019	ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜ.ΚΑΘ. LATEX DUFUR N18 3- WAY	TEM	30	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από ημισκληρο latex (κόκκινοι), με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 50ml No 18-24Ch, Dufour.
77	65116	ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜ.ΚΑΘ. LATEX DUFUR N18 3- WAY ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ	TEM	10	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από ενισχυμένο latex με σπирάλ κατά μήκος του σωλήνα, με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 50ml No 18-24Ch, Dufour.
78	64716	ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜ.ΚΑΘ. LATEX DUFUR N20 80ML	TEM	15	Καθετήρες Foley 3 way προστατεκτομής από ημισκληρο latex (κόκκινοι), με 2 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης, με υδροθάλαμο 80ml No 18-24Ch, Dufour.
79	48807	ΠΩΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. STOP,COCK	TEM	55.000	Πώματα πλαστικά αποστειρωμένα ατομικά συσκευασμένα για φλεβοκαθετήρες

80	48051	ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ {FOLEY ,LEVIN	TEM	3.500	Πώματα καθετήρων πλαστικά κωνικά, αποστειρωμένα, για διαφόρους τύπους καθετήρων όπως Foley, Levin, Αναρροφήσεως κτλ.
81	65121	ΣΕΤ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΥΣΤΕΩΣ	TEM	10	Σετ για υπερηβικό καθετηριασμό κύστεως που να περιέχει καθετήρα 100% σιλικόνης 2 way με μπαλόκι και ακτινοσκοπική γραμμή, τροκάρ μεταλλικό διαιρούμενο, όλα τα μεγέθη.
82	65122	ΣΕΤ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	TEM	5	Σετ για υπερηβικό καθετηριασμό κύστεως που να περιέχει καθετήρα 100% σιλικόνης 2 way με μπαλόκι που να φουσκώνει από το εσωτερικό σώμα του καθετήρα, 2 μάτια παροχέτευσης, ακτινοσκοπική γραμμή, τροκάρ μεταλλικό διαιρούμενο, όλα τα μεγέθη.
83	65123	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ (ONE STEP)	TEM	5	Σετ διαδερμικής νεφροστομίας (one step) που να περιλαμβάνει: 1 βελόνα trocar 19G και καθετήρα τύπου pig-tail μακράς παραμονής 29cm. No 8, 10.
84	48001	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N20*	TEM	480	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N20 Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασμένοι από PVC medical grade αποστειρωμένοι
85	49339	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N10	TEM	1.000	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N10 Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασμένοι από PVC medical grade αποστειρωμένοι
86	48172	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N12*	TEM	430	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N12 Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασμένοι από PVC medical grade αποστειρωμένοι
87	49322	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N14*	TEM	430	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N14 Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασμένοι από PVC medical grade αποστειρωμένοι
88	49210	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N16	TEM	540	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N16 Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασμένοι από PVC medical grade αποστειρωμένοι
89	48726	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ	TEM	380	TIEMAN ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ N18

		N18			Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασμένοι από PVC medical grade αποστειρωμένοι
90	63410	TIEMAN ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N8	TEM	50	TIEMAN ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N8 Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασμένοι από PVC medical grade αποστειρωμένοι
91	48906	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΦ N8,5	TEM	30	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΦ N8,5
92	49560	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΦ,N8 Κ	TEM	20	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΦ N8
93	48109	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΦ,N9	TEM	10	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΦ N9
94	49275	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N14	TEM	1.500	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ N14 , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY), αποστειρωμένα, με μεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώματος (προελεύσεως Ιαπωνίας) σιλικοναρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για να ασφαλίζει καλώς με την συσκευή εγχύσεως υγρών. Στη συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής, όπως και ο κωδικός παραγωγής και η ένδειξη CE.
95	48210	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N16	TEM	1.800	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ N16 , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY), αποστειρωμένα, με μεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώματος (προελεύσεως Ιαπωνίας) σιλικοναρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για να ασφαλίζει καλώς με την συσκευή εγχύσεως υγρών. Στη συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής, όπως και ο κωδικός παραγωγής και η ένδειξη CE.
96	49520	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N18	TEM	7.800	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ N18 , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY), αποστειρωμένα, με μεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώματος (προελεύσεως Ιαπωνίας) σιλικοναρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για να ασφαλίζει καλώς με την συσκευή εγχύσεως υγρών. Στη συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και

					λήξης αυτής, όπως και ο κωδικός παραγωγής και η ένδειξη CE.
97	48879	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N20 TEM ME Β/Φ	TEM	30.000	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ N20 , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY), αποστειρωμένα, με μεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώματος (προελεύσεως Ιαπωνίας) σιλικοναρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για να ασφαλίζει καλώς με την συσκευή εγχύσεως υγρών. Στη συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής, όπως και ο κωδικός παραγωγής και η ένδειξη CE.
98	49050	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N22 TEM	TEM	9.000	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ N22 , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY), αποστειρωμένα, με μεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώματος (προελεύσεως Ιαπωνίας) σιλικοναρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για να ασφαλίζει καλώς με την συσκευή εγχύσεως υγρών. Στη συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής, όπως και ο κωδικός παραγωγής και η ένδειξη CE.
99	48053	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N24	TEM	2.000	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ N24 , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY), αποστειρωμένα, με μεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώματος (προελεύσεως Ιαπωνίας) σιλικοναρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για να ασφαλίζει καλώς με την συσκευή εγχύσεως υγρών. Στη συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής, όπως και ο κωδικός παραγωγής και η ένδειξη CE.