

Αθήνα, 26/10/2015

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλ.: 23313-51153

Θέμα: Προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα για τις Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας «Αναλώσιμο Υλικό Χειρουργείου» (CPV: 33140000-3).

Η εταιρεία μας προτείνει τις εξής τεχνικές προδιαγραφές και προσθήκες:

❖ **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ.**

Αυτοκόλλητο με ήπια κολλητική ουσία προστατευτικό επίθεμα ματιού διεγχειρητικής, μετεγχειρητικής χρήσης, ασθενών σε καταστολή, διαστάσεων 5,5 εκ. x 3 εκ. περίπου, ελλειψοειδούς σχήματος, απαραίτητα με διαφανή παρατηρητή και απολήξεις για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση. Να διατίθεται ανά ζεύγη. Προορίζεται για την αποφυγή της ξήρανσης και εκδορών του κερατοειδούς.

❖ **ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

- Ο καθετήρας αναρρόφησης για χρήση σε ενδοτραχειακούς να είναι μήκους 54 εκ. +/-1 εκ. και για χρήση σε τραχειοσωλήνες 30 εκ. +/-1 εκ.
- Να φέρει καθετήρα αναρρόφησης ανοικτού άκρου, ατραυματικό, πλήρως αριθμημένο σε όλο το μήκος του, με ακτινοσκοιρό άκρο και δύο πλευρικές οπές.
- Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης αντοχής και υψηλής ποιότητας.
- Να διαθέτει δύο εσωτερικές βαλβίδες οι οποίες να επιτρέπουν α) την ελεύθερη εισαγωγή του καθετήρα και β) κατά την έξοδό του να τον περισφίγγουν αφαιρώντας κάθε ρυπαρότητα.
- Να φέρει βαλβίδα ελέγχου αναρρόφησης η οποία απαραίτητα να κλειδώνει ώστε να αποφεύγεται πιθανή ακούσια αναρρόφηση.
- Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης και αυτόματης πλύσης (lavage) του άκρου του καθετήρα.
- Να περιλαμβάνει απαραίτητα στη συσκευασία 12 φιαλίδια των 15ml με 0,9% SALINE για το αυτόματο πλύσιμο του καθετήρα.
- Να προσφέρεται για χρήση 72 συνεχόμενων ωρών.
- Να περιλαμβάνει πτυσσόμενη κρικοειδή προέκταση σύνδεσης με το αναπνευστικό κύκλωμα.
- Να είναι ενιαίο σύστημα χωρίς ανταλλακτικά μέρη.
- Να διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο συνδετικό σύνδεσης (DOUBLE SWIVEL ELBOW) με τον ενδοτραχειακό ή τον τραχειοσωλήνα (περιστροφή 360°).
- Να συνοδεύεται από μελέτες.

❖ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΣΣΕΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ IV ΟΔΩΝ.

Να εξασφαλίζουν μηχανική προστασία στις LUER LOCK συνδέσεις των απλών & πολλαπλών 3*WAY στροφίγγων από εξωτερικούς παράγοντες.

Να εξασφαλίζουν κάλυψη & προστασία έναντι των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων ιδιαίτερα στα σημεία των ενδοφλεβικών συνδέσεων.

Να είναι εξαιρετικά ελαφρές & αδιάβροχες εξωτερικά &

Να διαθέτουν σφουγγάρι, ώστε να μπορούν να εμποτίζονται με αντισηπτικό ευρείας χρήσης εσωτερικά.

Να κλείνουν με ασφαλή τρόπο & να ανοιγοκλείνουν εύκολα..

Να προσφέρονται σε μεγέθη που να μπορούν να καλύψουν 1, 2, 3, έως 5 στρόφιγγες.

Να διατίθενται αποστειρωμένες ανά τεμάχιο.

❖ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΑΝΟΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΡΙΣΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

Να είναι υγρή, μη τοξική, ημιδιαφανές και χαμηλού ιξώδους (περίπου 5cp). Να είναι κατασκευασμένη από 100% μονομερή κυανοακρυλικού h-εξυλεστέρα. Η απορρόφηση της κόλλας να είναι μερικώς και να γίνεται μετά από 3 μήνες. Να ενδείκνυται για χρήση ως άριστο συγκολλητικό μέσο για χειρουργικά πλέγματα. (Να κατατεθούν ανάλογες μελέτες – αποτελέσματα). Να διατίθεται σε συσκευασία blister , με σύριγγα ασφαλείας και βελόνη για ανοιχτές χειρουργικές και για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις , σε συσκευασίες των 1ml και 0.5ml.

**Με τιμή ,
Για την MEDI-SUP A.E.**

**Νικήτας Δημέας
Διευθυντής πωλήσεων**