

ΠΡΟΣ :
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τμήμα : Προμηθειών

ΑΘΗΝΑ 27/10/2015

**Θέμα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

Κύριοι,

Σε απάντηση του από 29/09/2015 εγγράφου σας με αρ. πρωτ. 9190, σας υποβάλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές μας για την κατηγορία με α/α 7 Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό.

Συσκευές χορήγησης εντερικής σίτισης

1.Συσκευή χορήγησης εντερικής διατροφής μέσω βαρύτητας για χρήση με περιέκτες με ευρύ στόμιο, περιέκτες τύπου Ready to Hang και τύπου SmartFlex. Ελεύθερο DEHP.

Νέας γενιάς συστήματα χορήγησης εντερικής σίτισης με υποδοχείς σύνδεσης ENPlus, ENLock και ENFit ειδικά σχεδιασμένα για να είναι συμβατά με τις νέας γενιάς γαστροστομίες / καθετήρες σίτισης και να αποτρέψουν τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις , μέσω της ασυμβατότητας τους με παρεντερικά (IV) και άλλου τύπου συστήματα χορήγησης.

2.Συσκευή χορήγησης εντερικής διατροφής μέσω της αντλίας Compat Standard Pump, για χρήση με περιέκτες με ευρύ στόμιο, περιέκτες τύπου Ready to Hang και τύπου SmartFlex. Ελεύθερο DEHP. Νέας γενιάς συστήματα χορήγησης εντερικής σίτισης με υποδοχείς σύνδεσης ENPlus, ENLock και ENFit, ειδικά σχεδιασμένα για σχεδιασμένα για να είναι συμβατά με τις νέας γενιάς γαστροστομίες/ καθετήρες σίτισης και να αποτρέψουν τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις , μέσω της ασυμβατότητας τους με παρεντερικά (IV) και άλλου τύπου συστήματα χορήγησης.

3.Περιέκτης εντερικής σίτισης από EVA χωρητικότητας όγκου υγρών 1,5L με ενσωματωμένο σετ χορήγησης εντερικής διατροφής για χρήση μέσω βαρύτητας και μέσω αντλίας. Νέας γενιάς συστήματα χορήγησης εντερικής σίτισης με σύστημα σύνδεσης ENLock , ειδικά σχεδιασμένα για να είναι συμβατά με τις νέας γενιάς γαστροστομίες/ καθετήρες σίτισης αποτρέψουν τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις , μέσω της ασυμβατότητας τους με παρεντερικά (IV) και άλλου τύπου συστήματα χορήγησης. Ελεύθερο DEHP.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ