

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015

**Προς**  
**3<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας)**  
**Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας**

**Θέμα: Πρόταση της εταιρείας Teleflex στη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ και συγκεκριμένα Βελόνες Επισκληριδίου Αναισθησίας με CPV 33141328-5 και Βελόνες αναισθησίας με CPV 33141321-6**

Κύριοι,

Σχετικά με τη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ και συγκεκριμένα στις Βελόνες Επισκληριδίου Αναισθησίας με CPV 33141328-5 και Βελόνες αναισθησίας με CPV 33141321-6 έχουμε να προτείνουμε τα ακόλουθα.

#### **ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ**

Σετ επισκληριδίου αναισθησίας το οποίο να αποτελείται από βελόνα Tuohy 18 Ga, καθετήρα από pnc 19Ga, συνδετικό για τον καθετήρα, φίλτρο και σύριγγα απώλειας αντίστασης. Ο καθετήρας να έχει εσωτερική διάμετρος ίση με αυτή ενός οποιοδήποτε καθετήρα 16 Ga όταν η εξωτερική διάμετρος του είναι 19 Ga για να επιτυγχάνονται πολύ μεγαλύτερες ροές με τη μικρότερη καταπόνηση του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένο.

#### **ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ**

Σετ συνδυασμένης αναισθησίας (επισκληριδίου – ραχιαίας) στο οποίο η βελόνα τύπου Tuohy να έχει επαρκή διάμετρο ώστε να μπορεί ταυτόχρονα να περνά διαμέσου αυτής ο καθετήρας επισκληριδίου και η βελόνα ραχιαίας χωρίς την πιθανότητα τραυματισμού. Να προσφέρεται σε σετ με τουλάχιστον τα ακόλουθα: καθετήρα επισκληριδίου, σύριγγα απώλειας αντίστασης, φίλτρο επισκληριδίου. Ο επισκληριδίου καθετήρας να είναι κλειστού άκρου με πλαϊνές οπές, κατασκευασμένος από εύκαμπτο - ατραυματικό πλαστικό . Να φέρει βελόνα ραχιαίας αναισθησίας Pencil Point 25 ή 27 Ga με μήκος μεγαλύτερο από 125 mm και είναι αποστειρωμένο και μίας χρήσης.

**ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT ΜΗΚΟΥΣ 90 mm**

Βελόνα ραχιαίας αναισθησίας μεταλλική με ατραυματικό άκρο τύπου Pencil Point και ενσωματωμένο μεταλλικό οδηγό. Να διατίθενται σε μεγέθη 22, 24, 25, 26 και 27 Ga με μήκος 90mm με ενσωματωμένο μεταλλικό οδηγό με διάμετρο 19, 20, 21, 21 και 22 Ga αντίστοιχα και μήκος 30mm. Να είναι αποστειρωμένη και μίας χρήσης.

**ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT ΜΗΚΟΥΣ 105 mm**

Βελόνα ραχιαίας αναισθησίας μεταλλική με ατραυματικό άκρο τύπου Pencil Point και ενσωματωμένο μεταλλικό οδηγό. Να διατίθενται σε μεγέθη 22, 24, 25 26 και 27 Ga με μήκος 105mm με ενσωματωμένο μεταλλικό οδηγό ο οποίος να έχει διάμετρο 19, 20, 21, 21 και 22 Ga αντίστοιχα και μήκος 30mm. Να είναι αποστειρωμένη και μίας χρήσης.

**ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT ΜΗΚΟΥΣ 120 mm**

Βελόνα ραχιαίας αναισθησίας μεταλλική με ατραυματικό άκρο τύπου Pencil Point και ενσωματωμένο μεταλλικό οδηγό. Να διατίθενται σε μεγέθη 22, 24, 25 26 και 27 Ga με μήκος 120mm για παχύσαρκους ασθενείς με ενσωματωμένο μεταλλικό οδηγό ο οποίος να έχει διάμετρο 19, 20, 21, 21 και 22 Ga αντίστοιχα και μήκος 38mm. Να είναι αποστειρωμένη και μίας χρήσης.

**ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ**

Σετ συνεχούς περιφερικού αποκλεισμού νεύρων με καθετήρα κλειστού άκρου με παράπλευρη έγχυση του φαρμάκου και δυνατότητα νευροδιέγερσης. Η νευροδιέγερση να μπορεί να γίνει και μέσω του καθετήρα, ο οποίος να είναι από πολυουρεθάνη και να φέρει στο εσωτερικό του ειδικό σύρμα σε μορφή σπирάλ για να διατηρείται σταθερή η διάμετρος του αυλού του καθετήρα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες (υπέρβαροι ασθενείς, ασθενείς με δυσκολία κίνησης ή / και χωρίς επαφή με το περιβάλλον, κλπ) χωρίς να τσακίζει. Η βελόνα να φέρει τη δυνατότητα νευροδιέγερσης και να είναι διαθέσιμη σε μήκη 4cm, 8 cm και 14cm με βαθμονόμηση ανά εκατοστό και διάμετρο 17 Ga. Ο καθετήρας να έχει διάμετρο 19 Ga και μήκος τουλάχιστον 55cm. Να περιλαμβάνεται στη συσκευασία στηρικτικό για τον καθετήρα, τύπου Statlock. Το σετ να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.

**ΗΧΟΓΕΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΕΥΡΩΝ (SINGLE-SHOT)**

Ηχογενής βελόνα για περιφερικό αποκλεισμό νεύρων μιας έγχυσης (single-shot) με δυνατότητα νευροδιέγερσης στο άκρο της και βαθμονόμηση ανά εκατοστό. Η βελόνα να φέρει ατραυματικό άκρο τύπου B-Bevel και να φέρει τουλάχιστον πέντε αυλακώσεις σε μορφή δακτυλίων στο τελευταίο εκατοστό της βελόνας για μέγιστη επιβεβαίωση του άκρου της βελόνας με τη χρήση υπερήχου αποτρέποντας τον τραυματισμό του νεύρου. Να είναι διαθέσιμη σε μήκη 2,5 και 5 cm με διάμετρο 22 Ga καθώς επίσης και σε μήκη 9 και 15 cm με διάμετρο 21 Ga. Η βελόνα να είναι μονωμένη και να έχει προσυνδεδεμένο άκρο για την έγχυση του υγρού καθώς και για τη σύνδεση με το νευροδιεγέρτη. Να είναι αποστειρωμένη.

**ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΠΟΥ PENCILPOINT**

Σετ ραχιαίας αναισθησίας το οποίο να αποτελείται: από βελόνες 21 και 27 G, σύριγγες, βελόνα για αναρρόφηση, σκαφάκι και σφουγγαράκια για την αποστείρωση,, λαβίδα συγκράτησης για τα σφουγγαράκια, γάζα με αυτοκόλλητο και ένα πεδίο με οπή και κολλητική ταινία 60X75 cm περίπου. Όλα τα παραπάνω υλικά του σετ να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και να προσφερθεί με μεταλλική βελόνα ραχιαίας αναισθησίας με ατραυματικό άκρο τύπου Pencil Point. Η βελόνα να διατίθεται σε μεγέθη 22, 25 και 27 Ga με μήκος 90mm και να φέρει ενσωματωμένο μεταλλικό οδηγό με μήκος 30mm. Να είναι αποστειρωμένη και μίας χρήσεως.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις

Με τιμή για την Teleflex Medical Ελλάς Α.Ε.Ε.

Γιάννης Αναστασίου  
Γενικός Διευθυντής/ Μέλος Δ.Σ.