



Προς
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Περιοχή Ασωμάτων
591 00 Βέροια
Τμήμα Οικονομικού - Γραφείο Προμηθειών
Υπόψη: κ Α. Τσολάκη

Αργυρούπολη, 26 Οκτωβρίου 2015

Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Α.Π 9190 -15)
Α/Α 17.ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ
ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ CPV 33141323-0

Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την πρόθεση του νοσοκομείου σας να διενεργήσει δημοσίους διαγωνισμούς σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και συγκεκριμένα για τον διαγωνισμό με α/α **Α/Α 17.ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ/ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ CPV 33141323-0** και προϋπολογισμό 32.143,44€, που αναρτήσατε στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, με αριθμ Πρωτ. 9190 από 29/09/2015, και σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφασης της Ε.Π.Υ. περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας.

1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Βελόνες Βιοψίας προστάτη για κατευθυνόμενη βιοψία οι οποίες να εφαρμόζουν σε αυτόματο σύστημα βιοψίας πολλαπλών χρήσεων. Να διατίθενται με ηχογενές άκρο, διαβάθμιση ανά 1cm, διάμετρο 12G, 14G, 16G, 18G και 20G και μήκος 10cm, 13cm, 16cm, 20cm, 25cm και 30cm.

Να είναι μιας χρήσης και να απομακρύνεται πολύ εύκολα μετά την τοποθέτηση της βελόνας στη συσκευή. Να είναι κατάλληλες για αποτελεσματική βιοψία σε πολλά όργανα του ανθρώπινου σώματος, συμπεριλαμβανομένων των μαστών, του προστάτη, των πνευμόνων, των νεφρών και του ήπατος.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αυτόματο πιστόλι βιοψίας ιστοτεμαχίου μιας χρήσης, με ενσωματωμένη βελόνα. Το σύστημα να οπλίζει με δυο περιστροφές και να φέρει ένδειξη όπλισης για την ασφάλεια του χρήστη. Να διατίθενται με μήκος διείσδυσης 11mm και 22mm. Η βελόνα να φέρει ηχογενές άκρο και διαβάθμιση ανά εκατοστό. Να διατίθεται με διάμετρο βελόνας 14G, 16G, 18G και 20G και μήκη 10cm, 16cm και 20cm.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι μόνο. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων βιοψίας, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται η βιοψία στον προστάτη, στο νεφρό, στο μαστό και στο συκώτι. Να μην απαιτείται αποσυναρμολόγηση ή επαναφόρτωση.

BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Φιλελλήνων 1 & Μεγάλου Αλεξάνδρου
16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

BARD HELLAS S.A.

1, Filellinon Str. & Megalou Alexandrou
GR – 16452 ARGYROUPOLI GREECE
ΑΦΜ 094501826- ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ



Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Πανωραία Κακαβελάκη

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος