

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ BUCKY ΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM BV25 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

### **ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

**Η ανάδοχος Εταιρία υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης τα κάτωθι:**

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
2. Η συντήρηση και η επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και διακριβωμένα όργανα μετρήσεων και ελέγχου από εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του κάθε μηχανήματος.
3. Ο αριθμός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε τέσσερις (4) ανά έτος , βάσει οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου. Οι ημερομηνίες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται μεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και του Νοσοκομείου, ώστε να μην επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.
4. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 22:00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών και το Σάββατο θα γίνονται από 08:00 έως 20:00 χωρίς επιπλέον χρέωση.
5. Η ανάδοχος Εταιρία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου όλες τις ημέρες του χρόνου χωρίς καμία επιβάρυνση στην αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ή μέσω fax ειδοποίησης του νοσοκομείου και εντός (48) σαράντα οχτώ ωρών.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή διόρθωση βλαβών (service report). Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. .
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
8. Το Νοσοκομείο και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις υποδείξεις του Συντηρητή σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισμό των μηχανημάτων σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.