



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**3<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ**

Βέροια, 9 Νοεμβρίου 2015

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** :Περιοχή Ασωμάτων, Βέροια  
**Τ.Κ.** : 591 00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**Συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ CPV 33141210-5 & ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 33184500-8), ΠΠΥΦΥ 2014**

-----

Σήμερα στις 9 Νοεμβρίου 2015 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας **ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ** (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ CPV 33141210-5 & ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 33184500-8), προϋπολογισμού 74.351,04 € , σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της αρ. 578 /αρ.πρ.9794/15-10-2015 απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας αποτελούμενη από τους :

1. Ιωάννη Βογιατζή, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογίας
2. Αντώνιο Ντάτσιο , Επικουρικός Επιμελητής Β΄ Επεμβατικός Καρδιολόγος
3. Παρασκευή Κυριακού, Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

Διαπιστωθείσης απαρτίας η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη των εργασιών και κατέληξε στη σύνταξη των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας **ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ** (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ CPV 33141210-5 & ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 33184500-8) προϋπολογισμού 74.351,04 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ έτους 2014.

**1.ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ**  
**(DES:DRUG ELUTING STENTS) :**

Με ενεργή εκλύομενη φαρμακευτική ουσία Zotarolimus, ή Everolimus, ή Biolimus που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι και με πολυμερές.

Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου και μήκους.

Να έχουν CE mark για όλες τις κάτωθι ομάδες ασθενών, που αποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που αντιμετωπίζονται: ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς με στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες.

Να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). Οι προθέσεις (stent) και τα μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος.

## **2 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-compliant)**

Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου 2mm έως 5 mm και ποικιλία μηκών από 8mm έως τουλάχιστον 15mm.

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο. Τα μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος.

## **3. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant)**

Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου 1,5mm έως 4 mm και ποικιλία μηκών από 6mm έως τουλάχιστον 20mm.

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο και προφίλ προσπέλασης (crossing profile) 0.025’’ ή μικρότερο. Να διατίθενται σε monorail και over the wire. Τα μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος.

## **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

1. Ιωάννης Βογιατζής
2. Αντώνιος Ντάτσιος
3. Παρασκευή Κυριακού