



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 59100
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χριστίνα Σταφυλίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331351137 / 2331351314
e-mail : x.stafilidou@verhospi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βέροια, 17-03-2026
Αριθμ. Πρόσκλησης: 163

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες της υγειονομικής μονάδας Βέροιας Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας»

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- τα με αρ. αιτήματα 1024/20-1-2026 της ΜΕΘ και 1035/27-1-2026 του τμήματος Διαιτολογίας/Διατροφής της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας
- η με αρ. 7/13-3-2026 (θέμα 1ο), Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), παρακαλείσθε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) Μ/Μ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ
1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ-ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ	39143121-0	TEM	12	130,00	1.560,00 (24%)
2	ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ Μ.Ε.Θ. ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ : 1. 1 καλωδίου ένδειξης θερμοκρασίας για Monitor B650 2. 4 πουάρ χορήγησης υγρών 3. 1 αερόστρωμα πρόληψης κατακλίσεων Μ.Ε.Θ. με μηχανισμό (αντλία) με ραβδώσεις για Μ.Ε.Θ.	39522510-5	TEM	1	750,00	750,00 (24%)
ΣΥΝΟΛΟ						2.310,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Δευτέρα 23-03-2026**, σε μορφή **PDF**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@verhospi.gr
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία Πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το αντικείμενο της Ανάθεσης το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) προς αυτόν. Η παράδοση θα πραγματοποιείται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Το υπό Ανάθεση αντικείμενο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της Προμήθειας που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης.
- Ο Συμμετέχων υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
 - α) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της Πρόσκλησης,
 - β) ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης,

- γ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της Ανάθεσης,
- δ) ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (σε τυχόν νέα ανάγκη της Α.Α. για το Αντικείμενο της Πρόσκλησης, στο χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του μειοδότη-Αναδόχου, η Κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προκύψει από τις διαδικασίες της παρούσας) και
- ε) το χρόνο παράδοσης του υπό Ανάθεση Αντικειμένου.
- Ζητείται να δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα είδη συνοδεύονται από πιστοποιητικά σήμανσης CE και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
 - Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου Αντικειμένου, η ποσότητα (ανά συσκευασία) και η τιμή (ανά συσκευασία / τεμάχιο). Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
 - Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

➤ Για το Α/Α 1:

Ιματιοθήκη προσωπικού 170x 50x50 (ύψος-πλάτος-βάθος) 1 θυρίδα

Τα μεταλλικά ερμάρια κατασκευάζονται από έλασμα λαμαρίνας Α ποιότητας γαλβανιζέ πάχους 0,70 mm (δεν διαβρώνεται σε συνθήκες υγρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου).

Επιλογές χρωμάτων (γκρι RAL 7001 ή λευκό RAL 9010) με βαφή ηλεκτροστατική (πολυεστερική πούδρα ψημένη σε φούρνο 220 βαθμών).

Σε κάθε ερμάριο θα υπάρχουν ποδαρικά στήριξης γαλβανιζέ (ρυθμιζόμενα), ύψους 10cm (για σωστό καθαρισμό του χώρου) περσίδες εξαερισμού, πόμολο υποδοχής λουκέτου, καρτελοθήκη σε κάθε θύρα για την τοποθέτηση του ονόματος του εκάστοτε κατόχου ράφι με μπάρα στο επάνω μέρος και ράφι κάτω. Όλα τα μεταλλικά υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 (DIN 50976).

Τα μεταλλικά ερμάρια παραδίδονται συσκευασμένα, μονταρισμένα και θα τοποθετηθούν με ευθύνη του προμηθευτή όπου τον υποδείξουν.

➤ **Για το Α/Α 2:**

Αερόστρωμα Κατάκλισης Εντατικής Θεραπείας με αντλία

Χαρακτηριστικά:

1. Κατάλληλο για κατακλίσεις υψηλής επικινδυνότητας
2. Σωληνωτό στρώμα με ύψος σωλήνα 20 cm +-2cm
3. Οπτικές ενδείξεις (χαμηλή πίεση, εναλλασσόμενο φούσκωμα, κανονική πίεση, μηδενισμός, alarm)
4. Με βαλβίδα CPR
5. Χρόνος εναλλαγής 12min
6. Μέγιστο βάρος χρήστη τουλάχιστον 170 kg
7. Τάση αντλίας 220V/50 Hz
8. Παροχή αέρος αντλίας 8lt/min
9. Υλικό κατασκευής: NYLON-PVC-PCL
10. Ισχύς: 12 watt
11. Εύρος πίεσης: 30-60 mmHg
12. Διαστάσεις Στρώματος: 200cm (Μ) x 90cm (Π) X 20cm (Υ)
13. Εγγύηση μοτέρ 2 έτη
14. Εγγύηση στρώματος 1 έτος